



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Declaration of Conformity

My niżej podpisani (producent):
We, the undersigned (manufacturer)

Nazwa firmy: POLL LAB Sp. z o.o.
Company name

Adres: ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
Address

Kraj: POLSKA
Country

Telefon / Fax: +48 33 814 06 93 / +48 33 810 16 28
Phone/Fax number

Adres e-mail: biuro@poll.pl
e-mail

Niniejszym deklarujemy ponosząc za to pełną odpowiedzialność że poniższe urządzenie:
Hereby declare under our sole responsibility that the product listed below:

Nazwa urządzenia: Ciepłarki laboratoryjne serii Q-Cell
Product name Q-Cell series laboratory incubators

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodne z wymogami zasadniczymi zawartymi w normach:
to which this declaration relates, is in conformity with the essentials requirements of standards:

73/23/EEC	Dyrektywa niskonapięciowa wraz z nowelizacją 93/68/EEC Low Voltage Directive with 93/68/EEC amendment
89/336/EEC	Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej wraz z nowelizacjami 91/263/EEC, 92/31/EEC oraz 93/68/EEC Electromagnetic Compatibility Directive with 91/263/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC amendments
LVD 2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa Low Voltage Directive
EMC 2004/108/EG	Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej Electromagnetic compatibility directive
PN-EN 61010-1	Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Część 1: Wymagania ogólne Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements
PN-EN 61010-2-010	Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of material
PN-EN 61326	Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements

Oznaczenie dokumentu:

Document reference no.

Osoba odpowiedzialna:

Name of responsible person

Stanowisko:

Position

Data: 24.10.2011

Date

POLL/CE/2011/10/14/02

Wojciech Łaszczok

Prezes zarządu

President of board

Podpis:

Signature:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Łaszczok

POLL LAB Sp. z o.o.

43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. Gen. Maczka 9

tel. 033 488 79 12 – fax 033 810 16 28

NIP 9372440409 REGON: 072932644

KRS 0000227641



POLL LAB Sp. z o.o.

ul. Gen. Maczka 9

43 – 300 Bielsko – Biała

Tel: +48 33 814 06 93

Fax: +48 33 810 16 28

NIP: 9372440409

REGON: 072932644

Kapitał zakładowy 600.300 PLN

www.poll.pl

KRS 0000227641

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej

VII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Bogusławskiego 24